

Rektalelektrode für Elektrostimulation und Biofeedback.

Spezifikation

Dreipolige längenverstellbare Rektalelektrode aus medizinischem Edelstahl und POM.

Maße: min. 5,9 bis max. 7,0 cm Länge x max. 2,2 cm Durchmesser

Kabellänge: ca. 22 cm

Anschlüsse: 3 x 2 mm Buchse

REF: 1797

Lieferumfang



- RMS-3 Rektalelektrode
- ausführliche Bedienungsanleitung

Varianten

- **RMS-3s** dreipolige Rektalelektrode mit Spitze aus medizinischem Edelstahl
- **RMS-2** zweipolige Rektalelektrode
- **RMS-2s** zweipolige Rektalelektrode mit Spitze aus medizinischem Edelstahl



CE 0482



INNOCEPT

Biobedded Medizintechnik GmbH

Am Wiesenbusch 1

D-45966 Gladbeck

Telefon: +49 (0) 20 43 / 945-0

Telefax: +49 (0) 20 43 / 945-100

Email: info@innocept.de

Internet: www.innocept.de

INNOCEPT

Medizintechnik GmbH

Wiener Straße 37

A-3340 Waidhofen

Telefon: +43 (0) 74 42 / 5 57 55

Telefax: +43 (0) 74 42 / 5 57 55 9

Email: info@innocept.at

Internet: www.innocept.at